

重症部門モニタリングシステム 保守定期点検業務

仕 様 書

令和元年 5 月

地方独立行政法人 大阪府立病院機構
大阪国際がんセンター

1. 点検の目的

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンターが保有する重症部門モニタリングシステム（以下、「物品」という。）を常に正常な状態で作動することを目的とする。

2. 契約期間

令和元年7月1日～令和2年6月30日まで

3. 物品設置場所

大阪府中央区大手前3-1-69

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター

4階 手術室・ICU

4. 物品明細

＜製品構成＞		
OP インテリビュー MX800	MX800	10 式
OP 麻酔ガスモジュール G5	M1019A	10 式
OP X2 マルチメジャーメントモジュール	M3002A	10 式
OP ヘモダイナミックエクステンションモジュール	M3012A	10 式
OP IIC インフォメーションセンター(セントラルステーション)	IIC	2 式
OP IIC インフォメーションセンター	SDBS	1 式
ICU インテリビュー MX700	MX700	3 式
ICU インテリビュー MX800	MX800	8 式
ICU X2 マルチメジャーメントモジュール	M3002A	11 式
ICU マイクロストリーム CO2 サーバ	M3015A	8 式
OP インテリビュー MX700	MX700	1 式
OP インテリビュー MX800	MX800	2 式
OP ix インフォメーションセンター	ix	1 式
ICU インテリビュー MX800	MX800	2 式
ICU ix インフォメーションセンター	ix	1 式
(OR/ICU) X2 マルチメジャーメントモジュール	M3002A	6 式
(OR/ICU) ヘモダイナミックエクステンションモジュール	M3012A	3 式
(OR/ICU) マイクロストリーム CO2 エクステンションモジュール	M3015B	5 式
インフォメーションセンター iX(SDBS)		1 式
リカバリー インテリビュー MX700	MX700	1 式
リカバリー X2 マルチメジャーメントモジュール	M3002A	1 式
部門情報システム ORSYS/ACSYS		1 式

5. 点検業務

(1) 点検の実施

契約期間内に保守点検を1回行います。

(2) 点検内容

1. 生体情報モニタ

ベッドサイドモニタ システム点検、パラメータ点検、クリーニング/消毒、安全点検
インフォメーションセンタ 外観検査、動作試験、ログ/設定の確認、クリーニング

2. 部門情報システム システム点検（リモート）

(3) 点検対応時間

1. 生体情報モニタ 月～金・土日祝 8:00～24:00

2. 部門情報システム 月～金 9:00～17:30

(祝祭日、製造元の休日を除く。)

※リモートサポートは365日24時間対応

(4) 対応範囲

1. 生体情報モニタ

①修理作業費や訪問作業費を含みます。

②修理部品費を含みます(別紙部品リスト参照)。

③修理対応時間は24時間365日対応します。

④オンサイトでのアプリケーションサポートを実施します(訪問を伴う取扱説明を含みます)。

2. 部門情報システム

①修理対応時間は24時間365日対応します。

②オンサイトでのアプリケーションサポートを実施します(訪問を伴う取扱説明を含みます)。

③1ヶ月に1回、サーバーのハードウェアチェック、ディスクチェック、システムログチェック、キャパシティチェックを行います。

④オンサイトでの修理作業費や訪問作業費を含みます。

⑤サーバー関連の修理部品代を含みます(製造元からの納入ハードウェアに限る)。

⑥マスターメンテナンス費は含みません。