

仕様書

1. 目 的

デジタル式X線一般撮影装置他4件（以下、「物品」という）が常に正常な状態で作動するよう維持すること及びそのために必要な保守業務を円滑に実施することを目的とする。

2. 契約期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

但し、本件物品を更新する場合は、本保守契約の終了について発注者及び受注者で協議を行う。

3. 保守対象装置

名 称：

(1) デジタル式X線一般撮影装置

富士フィルムメディカル(株)製 DR BENE0 立位・臥位システム 1台

(2) FPD SYSTEM

富士フィルムメディカル(株)製 DR CALNEO C 1417 WIRELESS SQ 1台
(FPD バッテリー交換オプション含む)

富士フィルムメディカル(株)製 DR CALNEO C MINI WIRELESS SQ 1台
(FPD バッテリー交換オプション含む)

富士フィルムメディカル(株)製 DR CALNEO C SMART C77 4台

富士フィルムメディカル(株)製 DR CALNEO C (MP) 2台

(3) 画像読取装置

富士フィルムメディカル(株)製 FCR SPEEDIA CS (MC) 1台

(4) 画像制御装置

富士フィルムメディカル(株)製 CONSOLE ADVANCE 4台

富士フィルムメディカル(株)製 CONSOLE ADVANCE MOBILE 仕様 2台

(5) 放射線部門管理支援システム

富士フィルムメディカル(株)製 ASSISTA Management (写損カンファレンス)

設置場所：大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番69号

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪国際がんセンター内

4. 保守業務

物品の機能を持するため、次のとおり保守を行うものとする。

① 定期保守点検

受注者は、期間中にメーカーが定める点検を

保守対象装置（１）と（３）は２回、保守対象装置（２）と（４）は１回、
保守対象装置（５）はリモートメンテナンスを業務委託契約期間中に発注者の指定する日に技術員を派遣し、保守点検を行うものとする。

② 緊急修理

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。

③ 部品代等

定期交換部品料金、点検訪問時技術料、訪問料金、基本料金は、保守料金に含む。FPD 故障時交換修理料金、リモートメンテナンス料金は保守料金に含む。ただし、フィルムやイメージングプレートの消耗品、モニターの消耗による交換また、X線管球故障と ConsoleAdvance については別途有償とする。

注意事項

- ・平日 9 時から 17 時 40 分までの業務は本契約の範囲内とする
- ・FPDSYSTEM は過失故障免責及び自然故障時の金額免責を行うものとする

④ リモートサポート

受注者は通信回線による遠隔操作による装置の保守を行うものとする。

⑤ 付属機器の保守

受注者は本装置に付属する下記機器について保守業務を行うこと。

5. 報告書の提出と検査

受注者は、4の保守業務の完了後、速やかに報告書を発注者に提出するものとする。

また、契約期間中に保守費用の効果検証及び契約終了後の保守の必要性等を含む分析評価を行うものとする。

6. 確認書

受注者は、契約締結にあたり部品供給を行う装置メーカーとの間で、当仕様書の内容を記載した確認書を交わし発注者に提出するものとする。

7. 損害賠償

- ① 4 の保守業務の実施にあたり、受注者の故意または過失により発注者の建物、設備等を滅失または毀損した場合、受注者はこれを原状に復し、又は、原状回復に代えて損害を賠償しなければならない。
- ② 4 の保守業務の実施にあたり、受注者の故意または過失により保守対象外の発注者の装置、データ、プログラム等を損傷または滅失した場合、受注者はこれを原状に復し、又は、原状回復に代えて損害を賠償しなければならない。
- ③ 受注者の責にきすべき事由により、4 の保守業務の一部または全部を行うことが出来ず、発注者に損害が生じた場合には、発注者は損害金の支払いを受注者に請求することができる。

8. 個人情報の保護

受注者及び本件業務に従事している者または従事していた者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。