

## 仕様書⑤

### X線透視撮影装置

## 仕様書

### 1. 保守期間

令和5年4月1日から令和9年3月31日までとする。

但し、本件物品を更新する場合は、本保守契約の終了について発注者及び受注者で協議を行う。

### 2. 保守対象装置

#### (1) X線透視撮影装置

富士フィルムヘルスケア（株）製 CUREVISTA 1台

### 3. 保守業務

物品の機能を維持するため、次のとおり保守を行うものとする。

#### ① 保守点検

受注者は、年2回業務委託期間中の平日（9:00～17:00）で当センターが指定する日に技術員を派遣して保守点検を行うものとする。

#### ② 緊急修理

⑤項に規定する作業時間内において故障が発生した場合は、発注者の要請により受注者は必要な修理を行うものとする。

⑤項に規定する作業時間外において万一故障が発生した場合、発注者の要請により受注者は原則として翌日の作業時間内にて必要な修理を行うものとする。

#### ③ 修理部品

故障時、修理部品は受注者負担とする。但し、X線管装置、FPD、ガラスウェア（画像表示モニター）、高額ユニット（高電圧発生装置、X線絞り装置）は含まない。

#### ④ 修理作業費

故障時の修理作業費は受注者負担とする。

#### ⑤ 作業時間

平日（月曜日から金曜日）9時00分～17時00分とする。

（但し、国民の休日及び年末・年始を含むメーカー指定の休日は除く。）