

仕様書①

全身用X線コンピュータ断層撮影装置

仕様書

1. 保守期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。

但し、本件物品を更新する場合は、本保守契約の終了について発注者及び受注者で協議を行う。

保守期間終了後、保守延長をする場合は、発注者及び受注者で協議を行う。

2. 保守対象装置

(1) 全身用X線コンピュータ断層撮影装置

GE製 Revolution GSI システムNo. HDA006

(2) 画像診断装置用ワークステーション

GE製 AW VS7 XT システムNo. NK0039

3. 保守業務

物品の機能を維持するため、次のとおり保守を行うものとする。

(1) 全身用X線コンピュータ断層撮影装置

GE製 Revolution GSI システムNo. HDA006

① 保守点検

受注者は、年3回業務委託期間中の平日（9:00～22:00）で当センターが指定する日に技術員を派遣して保守点検・整備を行うものとする。

② 緊急修理

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。

③ 部品代

保守点検及び緊急修理に必要とする全ての部品代及び作業費等は、受注者が負担するものとする。但し消耗部品、X線管は除くものとする。

④ リモートサービス

故障発生時に、通信回線を利用して対象機器の状況を確認し、修復をサポートすること。

⑤ アプリケーションサポート

受注者は当センターから装置の改善または操作方法等の問い合わせ、相談があった場合、電話又は出張サービスにより対応するものとする。出張サービス費については都度協議するものとする。

⑥ 付加商品

- ・ 補用品サポート（GE指定の補用品交換サービス）を
- ・ iCenter（機器情報Web配信サービス）
- ・ TipVA（遠隔アプリケーショントレーニングサービス）

⑦ 付属機器の保守

受注者は、本装置に接続する下記製品について保守業務を行うこと。

1) 造影剤自動注入装置/デュアルショットGX7

- (1) 定期点検は年1回、当センターが指定する平日（9:00～18:00）に実施すること。
- (2) 定期点検交換部品は受注者の負担とする。
- (3) 点検時及び修理時に発生した修理部品費は全て受注者の負担とする。

2) レーザサイドポインタ/SLM-1A/LSP-RNT

- (1) 定期点検は年1回、当センターが指定する平日に実施すること。
- (2) 定期点検交換部品は受注者の負担とする。
- (3) 点検時及び修理時に発生した修理部品費は全て受注者の負担とする。

(2) 画像診断装置用ワークステーション

GE製 AW VS7 XT システムNo. NK0039

① 保守点検

受注者は、年1回業務委託期間中の平日（9:00～22:00）で当センターが指定する日に技術員を派遣して保守点検・整備を行うものとする。

② 緊急修理

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。

③ 部品代

保守点検及び緊急修理に必要とする全ての部品代及び作業費等は、受注者が負担するものとする。但し消耗部品は除くものとする。

④ リモートサービス

故障発生時に、通信回線を利用して対象機器の状況を確認し、修復をサポートすること。

⑤ アプリケーションサポート

受注者は当センターから装置の改善または操作方法等の問い合わせ、相談があった場合、電話又は出張サービスにより対応するものとする。出張サービス費については都度協議するものとする。

⑥ 付加商品

- ・ 補用品サポート（GE指定の補用品交換サービス）
- ・ iCenter（機器情報Web配信サービス）
- ・ TipVA（遠隔アプリケーショントレーニングサービス）