

仕様書⑥

多目的デジタルX線TVシステム

仕様書

1. 保守期間

令和5年4月1日から令和9年3月31日までとする。

但し、本件物品を更新する場合は、本保守契約の終了について発注者及び受注者で協議を行う。

2. 保守対象装置

(1) 多目的デジタルX線TVシステム装置【ERCP室2】

キヤノンメディカルシステムズ（株）製 DREX-UI80/06 1台

3. 保守業務

物品の機能を維持するため、次のとおり保守を行うものとする。

① 保守点検

受注者は、年2回業務委託期間中、当センターが指定する日に技術員を派遣して保守点検・整備を行うものとする。

② 緊急修理

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。

③ 費用負担

1. 定期点検交換部品は受注者の負担とする。
2. オンコール作業費用は受注者の負担とする。
3. X線管装置を除く契約対象装置の修理部品費は全て受注者の負担とする。
4. 周辺機器及びメディア等消耗品は保守対象外とする。

④ リモートサポート

受注者は通信回線による遠隔操作による装置の保守を行うものとする。