

## 仕様書②

# デジタル乳房X線撮影装置

## 仕様書

### 1. 保守期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。

但し、本件物品を更新する場合は、本保守契約の終了について発注者及び受注者で協議を行う。

保守期間終了後、保守延長をする場合は、発注者及び受注者で協議を行う。

### 2. 保守対象装置

#### (1) デジタル乳房X線撮影装置

シーメンスヘルス(株)製 MAMMOMAT Inspiration 2台

### 3. 保守業務

物品の機能を維持するため、次のとおり保守を行うものとする。

#### ① 保守点検

受注者は、年1回、業務委託期間中、平日（8:30～17:30）に技術員を派遣し保守点検・整備を行うものとする。また年2回の精度管理を業務委託期間中、平日（8:30～17:30）に行うものとする。

また、リモート回線を用いて毎月1回の定期チェックを行い、予兆監視を行い、障害時には迅速に対応できること。尚、検査情報などを統計参照できる場合は汎用性のあるフォーマットで出力できること。

#### ② 緊急修理

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。

#### ③ 部品代

保守点検及び緊急修理に必要とする全ての部品代及び作業費等は、受注者が負担するものとする。但し消耗品、補用品、X線管、FPDは除くものとする。