

## 仕様書②

X線血管撮影装置用造影剤注入装置

## 仕様書

### 1. 保守期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。

但し、本件物品を更新する場合は、本保守契約の終了について発注者及び受注者で協議を行う。

保守期間終了後、保守延長をする場合は、発注者及び受注者で協議を行う。

### 2. 保守対象装置

#### (1) X線血管撮影装置用造影剤注入装置

(株)根本杏林堂製 PRESS DUO 1台

### 3. 保守業務

物品の機能を持するため、次のとおり保守を行うものとする。

#### ①保守点検

受注者は、年1回業務委託期間中の平日（9:00～18:00）で当センターが指定する日に技術員を派遣して保守点検・整備を行うものとする。但し、国民の休日及び年末・年始を含む乙指定の休日は除く。

#### ②緊急修理

受注者は、保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。

また、故障等の状態に応じ、代替機の提供を行うものとする。修理後、速やかに現状復帰させ元の状態へ復帰するものとする。

#### ③部品代

保守点検及び緊急修理に必要とする全ての部品代及び作業費等は、受注者が負担するものとする。但し消耗部品は除くものとする。

#### ④テクニカルサポート

受注者は機器の操作や使用方法のサポート及び、注入方法や撮影等の提案をサポートするものとする。

#### ⑤ソフトウェアサポート

受注者は新機能や最新造影プロトコルをサポートすること。