

全身麻酔装置

保守点検業務仕様書

令和 5 年 3 月

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪国際がんセンター

1. (目的)

全身麻酔装置（以下「物品」という）が常に正常な状態で作動するよう維持すること及びそのために必要な保守業務を円滑に実施することを目的とする。

2. (契約期間)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

但し、本件物品を更新する場合は、本保守契約の終了について発注者及び受注者で協議を行う。

3. (保守対象装置)

- 名 称：1. 全身麻酔装置 12 セット
(システムNo. : KL0227、KL0228、KL0229、KL0230、KL0231、KL0232、KL0233、KL0234、KL0235、KL0236、KL0237、KL0238)
2. 生体情報モニタ スペクトロライトコンパクトエアウェイモジュール 13 セット
(システムNo. : FW0658、FW0659、FW0660、FW0661、FW0662、FW0663、FW0664、FW0665、FW0666、FW0667、FW0668、FW0669、FW0670)

設置場所：大阪市中心区大手前三丁目 1-69

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター

4. (保守業務)

物品の機能を維持するため、次のとおり保守を行うものとする。

1. 全身麻酔装置（全身麻酔装置付属の超音波診断装置は含まない）

2. 生体情報モニタ スペクトロライトコンパクトエアウェイモジュール

①保守点検

受注者は、年1回、業務委託期間中、平日又は土曜日に技術員を派遣し保守点検・整備を行うものとする。（平日 9:00～22:00、土曜 9:00～22:00）

②緊急修理

受注者は保守点検とは別に装置に故障等が発生した場合、発注者の要請によりその都度、技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。また、コールセンターの対応は365日 24時間とする。

③部品代

保守点検及び緊急修理に必要とする全ての部品代は、受注者が負担するものとする。

但し、消耗品、麻酔モニタ等追加モニタ、気化器は別途とする。

なお、酸素センサー、フローセンサーは、次の対象システムについては含む。

(対象システム : KL0227、KL0228、KL0229、KL0230、KL0231、KL0232、KL0233、KL0234、KL0235、KL0236、KL0237、KL0238)

④その他

メンテナンス情報を Web で配信できること。

(対象システム：KL0227、KL0228、KL0229、KL0230、KL0231、KL0232、KL0233、
KL0234、KL0235、KL0236、KL0237、KL0238)

5. (報告書の提出と検査)

受注者は、4の保守業務の完了後、速やかに報告書を発注者に提出するものとする。

6. (損害賠償)

- (1) 4の保守業務の実施にあたり、受注者の故意若しくは過失により発注者の建物、設備等を滅失若しくは毀損した場合、受注者はこれを原状に復し、又は、原状回復に代えて損害を賠償しなければならない。
- (2) 4の保守業務の実施にあたり、受注者の故意若しくは過失により保守対象以外の発注者の装置、データ、プログラム等を損傷若しくは滅失した場合、受注者はこれを原状に復し、又は、原状回復に代えて損害を賠償しなければならない。
- (3) 受注者の責にきずべき事由により、4の保守業務の一部又は全部を行うことが出来ず、発注者に損害が生じた場合には、発注者は損害金の支払いを受注者に請求することができる。

7. (個人情報の保護)

受注者及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

8. (セキュリティ)

メンテナンス時にファームウェアのアップデートが可能な場合は行い、医療情報部へ詳細情報を報告すること。