設置情報 – OnDoll-Sensor / 外付け温度センサ

発行日 ： 2023 年 10 月 16 日

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター (治験薬管理室)様

	ID	シリアル番号			備　考
		OnDoll-Sensor 本体		外付け温度センサ	
		下段は[校正証明書番号] *試験成績書番号は先頭が “T” となります。			
1	0400	039X0126			保温庫 3 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A01	[温度]		
2	0401	04170166			冷蔵庫 3 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A02	[温度]		
3	0402	04170170			冷蔵庫 2 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A03	[温度]		
4	0403	04170171			冷蔵庫 1 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A04	[温度]		
5	0404	04170181			保温庫 2 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A05	[温度]		
6	0405	04170185			保温庫 1 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A06	[温度]		
7	0406	04170186			室温 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A07	[温度]		
8	0407	05230198			冷蔵庫 4 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A08	[温度]		
9	0408	039X0127		03130036	冷凍−23℃ (測定範囲：-40℃～+80℃)
		---		C230927-B01	
10	0410	04170133		04170028	冷凍−80℃ (測定範囲：-100℃～+100℃)
		---		C230927-B02	
11	0411	05230201			冷蔵庫 5 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A09	[温度]		
12	0412	05230202			冷蔵庫 6 (測定範囲：0℃～+50℃)
		C230927-A10	[温度]		
13					
14					
15					

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A01
管　理　I　D　0400

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	039X0126
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A01
管 理 I D　0400

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	039X0126
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A02
管　理　I　D　0401

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170166
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A02
管 理 I D　0401

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170166
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+4.9	-0.1
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A03
管　理　I　D　0402

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170170
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A03
管 理 I D　0402

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170170
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+4.9	-0.1
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A04
管　理　I　D　0403

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170171
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A04
管 理 I D　0403

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170171
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A05
管　理　I　D　0404

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170181
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A05
管 理 I D　0404

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170181
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A06
管　理　I　D　0405

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170185
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A06
管 理 I D　0405

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170185
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A07
管　理　I　D　0406

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170186
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A07
管 理 I D　0406

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	04170186
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A08
管　理　I　D　0407

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	05230198
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A08
管 理 I D　0407

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	05230198
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-B01
管　理　I　D　0408

校 正 証 明 書

品　　名	温度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ)
シ リ ア ル 番 号	03130036
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-B01
管 理 I D　0408

試 験 成 績 書

品　　名	温度計
製　品　名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ)
シ リ ア ル 番 号	03130036
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 22.95±0.75℃、湿度 69.4±1%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
-20.0	-20.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-B02
管　理　I　D　0410

校 正 証 明 書

品　　名	温度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シ リ ア ル 番 号	04170028
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-B02
管 理 I D　0410

試 験 成 績 書

品　　名	温度計
製　品　名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シ リ ア ル 番 号	04170028
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 22.95±0.75℃、湿度 69.4±1%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
-80.0	-80.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A09
管　理　I　D　0411

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	05230201
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A09
管 理 I D　0411

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	05230201
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　C230927-A10
管　理　I　D　0412

校 正 証 明 書

品　　名	温湿度計
製　　品　　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	05230202
校　正　項　目	温度
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル
株式会社コンピューテックス

発　行　日　2023 年 10 月 16 日
発 行 番 号　T230927-A10
管 理 I D　0412

試 験 成 績 書

品　　名	温湿度計
製　品　名	OnDoll-Sensor
シ リ ア ル 番 号	05230202
校　正　項　目	温度
校 正 室 の 環 境	温度 23.55±0.55℃、湿度 68.9±1.5%
校　正　年　月　日	2023 年 9 月 27 日

温 度 校 正 結 果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+4.9	-0.1
+25.0	+25.0	0.0

・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿 度 校 正 結 果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)	恒温槽内温度(℃)
---	---	---	---

・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品　　名	高精度温度計	---
型　　式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シ リ ア ル 番 号	D17290634	---
校　正　日	2023 年 8 月 30 日	---

承　認	校正者
國嶋	鈴木

京都市東山区五条橋東 4 丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックス印