

仕様書の記載の一部追記について

令和7年6月27日付けで公告しました「X線TV装置移設作業の委託契約」の仕様書の記載の一部について、次のとおり追記します。

令和7年7月4日

〔仕様書〕

訂正後	訂正前
Ⅲ. 要件 X線透視撮影装置及び歯科用パノラマ断層撮影X線診断装置移設作業一式については、それぞれ以下の要件を満たすこと。 2. 歯科用パノラマ断層撮影X線診断装置ベラビュー エポックス移設作業は以下の要件を満たすこと。 2-3 DICOM ネットワーク接続作業を実施すること。撮影室移設のための運用変更に伴う送信先の変更作業を実施する事。 2-4 撮影室変更に伴う照射録の様式の書式変更作業を含むこと。	Ⅲ. 要件 X線透視撮影装置及び歯科用パノラマ断層撮影X線診断装置移設作業一式については、それぞれ以下の要件を満たすこと。 2. 歯科用パノラマ断層撮影X線診断装置ベラビュー エポックス移設作業は以下の要件を満たすこと。 2-3 DICOM ネットワーク接続作業を実施すること。