

ご契約者様情報: 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 治験薬管理室 様

[illegible]



発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A03

管理ID 0400


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531053
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 野嵐坊

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A03
管理ID 0400

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531053
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A04

管理ID 0401


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531054
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目 432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A04
管理ID 0401

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531054
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐カピタ

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A05

管理ID 0402


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531055
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目 432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A05
管理ID 0402

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531055
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐カピタルビル

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A06

管理ID 0403


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531057
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 野嵐巧ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A06
管理ID 0403

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531057
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.3 \pm 0.6^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $60.7 \pm 2.4\%$
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐山ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A07

管理ID 0404


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531059
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 野嵐ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A07
管理ID 0404

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531059
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對風物ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A08

管理ID 0405


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531060
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目 432-13 野嵐ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A08
管理ID 0405

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531060
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.3 \pm 0.6^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $60.7 \pm 2.4\%$
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐初ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A09

管理ID 0406


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531061
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 野嵐ビル

株式会社コンピュータ





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A09
管理ID 0406

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531061
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A10

管理ID 0407


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531062
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 野嵐ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A10
管理ID 0407

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531062
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐初ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-B01

管理ID 0408


校正証明書

品名	温度計
製品名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ)
シリアル番号	06540177
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目 432-13 野嵐ビル

株式会社コンピュータテック





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-B01
管理ID 0408

試験成績書

品名 温度計
製品名 OnDoll-Sensor(外付け温度センサ)
シリアル番号 06540177
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
-20.0	-20.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐山ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-B02

管理ID 0410


校正証明書

品名	温度計
製品名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シリアル番号	08550129
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 野嵐ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-B02
管理ID 0410

試験成績書

品名 温度計
製品名 OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シリアル番号 08550129
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+4.9	-0.1
-80.0	-80.1	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐カピタ

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A11

管理ID 0411


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531063
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目 432-13 野嵐ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A11
管理ID 0411

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531063
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐カピタ

株式会社コンピューテック





発行日 2025年9月1日

発行番号 C250821-A12

管理ID 0412


校正証明書

品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	08531064
校正項目	温度
校正年月日	2025年8月21日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。
校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 野嵐ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2025年9月1日
発行番号 T250821-A12
管理ID 0412

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 08531064
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.3±0.6℃、湿度 60.7±2.4%
校正年月日 2025年8月21日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D25135261	---
校正日	2025年4月2日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目 432-13 對嵐カピタ

株式会社コンピューテック

