

# 仕 様 書

## 【微生物検査システムの保守点検業務】

### 1. 機器名 血液培養自動分析装置

- BD フェニックス M50 システム 1 式
- BD フェニックス AP システム 1 式
- BD EpiCenter システムサーバー 2 式
- BD EpiCenter システムクライアント 1 式

### 2. 設置場所

地方独立行政法人大阪府立病院機構  
大阪国際がんセンター 5 階臨床検査科臨床検査室、微生物検査室

### 3. 点検内容

#### ① 定期保守点検

受注者は、業務委託契約期間中に 1 回／年、発注者の指定する日に技術員を派遣し下記の定期点検を行うものとする。

- ・機器内部の分解掃除
- ・機械的、電気・電子的な動作チェック
- ・調整
- ・消耗部品の交換

但し、機器使用上の消耗品（プリンタートナー）および付属品（プリンター以外）は対象から除外されます。

- ・EpiCenter システムは定期点検対象外となります

#### ② 緊急修理

受注者は定期保守点検とは別に、発注者の要請によりその都度技術員を派遣し、緊急修理を行うものとする。

### 4. セキュリティ

- ①メンテナンス時にファームウェアのアップデートが可能な場合は行い、常に最新の状態を保つこと。また医療情報部へ詳細情報を報告すること。
- ②点検時に別紙「ウイルスチェック証明書」を施設保全 G へ提出すること。

### 5. その他

- ・必要の際はソフトウェアアップデート、機器消耗品交換の対応を行うこと
- ・緊急修理の訪問回数、部品金額に制限は設けないこと